

MRI検査チェックシート

※ MRI検査室は非常に強い磁場が発生しており、下記の持ち込みは重大な事故につながります。

患者ID : _____ 患者名 : _____ 様
身長 : _____ cm
体重 : _____ kg
記入日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 看護科確認者 : _____ 放射線科確認者 : _____

MRI検査を受けた事がある。 いいえ はい 不明
【いつ頃ですか： _____ 年 _____ 月】

【禁忌項目】 「いいえ」または「はい」にレ印を入れて下さい。 体内金属は○で囲んで下さい。
下記枠内に一つでも「はい」があった場合、MRI検査は出来ません。他の検査を検討して下さい。

<input type="checkbox"/> 心臓ペースメーカーを埋め込んでいる。 またはリード線が入っている。	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 体内に以下の金属がある。 ※該当の物を○で囲む 人工心臓弁(1970年以前の製品) ・ 骨成長神経刺激装置 ・ 埋め込み式除細動器 人工内耳 ・ 人工中耳 ・ 人工耳小骨 ・ 圧可変式V-Pシャント ・ 美容整形金属糸 その他MRI禁忌医療器具(確認できない物を含む)	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 一時的な体内留置金属が入っている。 スワンガンツカテーテル ・ イレウスチューブなど	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 外傷による金属片(鉄片や銃弾の破片など)がある。	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 増毛剤・増毛スプレー(装置故障の原因の為、洗髪が必要)	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 以下、女性の方のみ 妊娠中、もしくは妊娠している可能性がある。	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 避妊リングを使用している。(MRI対応品なら「いいえ」)	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい

【確認項目】 下記項目に「はい」がある場合、検査できない事があります。

<input type="checkbox"/> 体内に以下の金属がある。 ※該当の物を○で囲む 脳動脈クリップやコイル ・ 人工心臓弁 ・ 人工骨頭 ・ 人工関節 ・ その他(_____) 内視鏡用クリップ ・ 歯科矯正金属器具	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 刺青・アートメイク 「はい」で同意の場合署名: _____	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 当日はずして頂く物 カラーコンタクトレンズ 化粧(アイライン・アイブロウ・アイシャドウ・マスカラ) ネイルアート(マグネットネイル・ジェルネイル)	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
<input type="checkbox"/> 閉所恐怖症がある。	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい

MRI検査をうけられる方へ

MRI(磁気共鳴画像)とは、磁気と電波を利用して断面画像を得る撮影です。撮影の時は、トンネルの中に入って大きな音の中で検査をします。(音については、ヘッドホン等を用い軽減する事が可能です)

MRI検査を安全に実施するために、以下のご説明をお読み下さい。

1. 【検査を受けられない】

- ①心臓ペースメーカーやリードを埋め込まれている方
- ②体内に金属がある方
体内金属の種類と手術日をご確認下さい。詳細はMRI検査チェックシートをご覧ください。
- ③一時的な体内留置金属が入っている方
- ④外傷による金属片が入っている方
材質が確認できない場合は、検査をお受けになることができません。
- ⑤増毛剤・増毛スプレーを使用している方
金属成分を含んでいる場合があります装置故障の原因となる為、事前にしっかりと洗髪が必要です。
- ⑥妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方
胎児に対するMRI検査の安全性は確立されておりません。原則、妊娠中の方は検査をお受けになる事ができません。

2. 【検査を受けられない事がある】

- ①刺青・アートメイクをしている方
火傷や絵が崩れる可能性があります。担当医に申し出て下さい。
- ②アイライン・マスカラ・ネイルアート等をしている方
火傷した事例があるため、検査前に落として頂く場合があります。
- ③カラーコンタクトレンズをされている方
着色剤に金属が使用されていることが多く、MRI検査時に熱を帯び目に影響を及ぼす可能性があるため取り外して頂きます。
- ④閉所恐怖症である

3. 【その他の注意】

- ①検査室内に補聴器・装飾品・腕時計・磁気カード・電子機器類を持ち込むと故障やデータが消失するため取り外して頂きます。
- ②発熱肌着・入れ歯・義手・義足・義眼・カイロ・エレキバン・ベルト・湿布・貼付け薬・パワーアンクル等は火傷・画像のみだれや吸着事故を起こす可能性がありますので取り外して頂きます。
- ③検査を安全確実にを行うため、別紙の【MRI検査チェックシート】全ての項目にお答え下さい。
疑問点がございましたら、遠慮なく担当医または宝陽病院 放射線科へご質問下さい。
- ④検査状況により、予約時間に撮影開始が出来ない場合がございます。